

**SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 201/BV-KHTH
V/v yêu cầu chào giá
Máy đo chức năng hô hấp, kèm theo phụ
kiện máy tính để bàn/PC

Kiên Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo; xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm máy đo chức năng hô hấp” tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang,
- Địa chỉ: Ấp Hoà Thuận, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: (Ông) Danh Nhật Thuyền
- Nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Số điện thoại liên hệ: 0869733252

3. Cách thức tiếp nhận chào giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang.

- Địa chỉ: Ấp Hoà Thuận, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang.
(Đơn vị chào giá có thể gửi chào giá trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh)

4. Thời gian tiếp nhận chào giá: Từ 08 giờ ngày 01 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Các chào giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của chào giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu chào giá



1. **Danh mục thiết bị yêu cầu chào giá:** Danh mục, mô tả tính năng, thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn chất lượng (đính kèm Danh mục)

2. **Địa điểm cung cấp, lắp đặt:** Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang, ấp Hoà Thuận, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang.

3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** Quý II- năm 2024 *my*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử BV;
- Lưu: VT, KHTH, dnthuyen. *h*

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Việt





DANH MỤC

Kiểm tra Công văn số: 201/BV-KHTH ngày 29 tháng 02 năm 2024 của
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang)

STT	Tên thiết bị	Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Máy đo chức năng hô hấp	Cấu hình cung cấp: - Hàng mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện - Tests thực hiện: FVC, SVC, Pre và Post Bronchodilator, MVV, Challenge - Thông số đo: + Thở ra (23 thông số): FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC%, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV6/FVC%, FEV1/FEV6%, PEFr, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF0.2-1.2, FEF75-85%, Tpeak (ms), Vext%, Vext(L), MET(s), Texp(s), Veot(L) + Hít vào (13 thông số): FIVC, FIV0.5, FIV0.5/FIVC, FIV1/FIVC, FIV3, FIV3/FIVC, PIFR, FIF50%, FIF25-75%, FIF0.2-1.2, FIF50/FEF50, MIT(s), Tinsp(s) - Độ chính xác: < + 3% hoặc 100 ml, - Thang thể tích: ± 16L - Thang đo lưu lượng: ± 16L/sec - Trờ kháng: <1,5 cmH₂O/l/s khi kiểm tra với lọc khuẩn3 - Báo cáo: Không giới hạn, thiết kế cài đặt trước đa dạng - Minh họa khuyến khích: Đèn cây - Thuật toán giải thích: McKay (ATS / ARRD 1991); ITS; Modified Ellis - Chương trình: Tương thích Windows 10; 32 & 64 – bit - Kích thước: 18 x 10 x 5 cm, trọng lượng 0,3kg - Vật liệu vỏ máy: High –Impact polycarbonate - Nguồn điện: Từ cổng USB của máy tính - Môi trường hoạt động: 10° C- 40°C, độ ẩm đến 80% - Chi dẫn công nghiệp ATS/ERS 2005 - Tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm: IEC/ EN 60601-1, 60601-1-2, EN60601-1-6, IS O26782 - Chi thị Châu Âu: MDD 93/42/EEC, RoHS 2011/65/E - Phụ kiện (mua tại Việt Nam): - Máy tính để bàn/PC (Intel Core i3-10105/8GB/250GB SSD/Free DOS) - Màn hình LCD ACER 21.5" EK221Q E3 - (UM.WE1SV.301)(1920 x 1080/IPS/ 100Hz/ 1ms/FreeSync) - Máy in: laser trắng đen khổ giấy A4	FDA QSR hoặc tương đương, ISO 13485	Bộ	01



MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số: 201 /BV-KHTH ngày 29 tháng 02 năm 2024 của
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Kiên Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....., chúng tôi.....(ghi tên, địa chỉ của
hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng
tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên doanh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các
thành viên liên doanh) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký,mã,nhãn hiệu,model, hãng sản xuất	Tính năng, thông số kỹ thuật	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí,lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
-----	------------------------------------	---	--	----------	--------------------	------------	-------------------------------	---------------------	--	--	------------------------

2. Gửi kèm tài liệu về chứng minh cấu hình, tiêu chuẩn và các giấy tờ liên
quan.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..... ngày, kể từ
ngày.....tháng.....năm.....(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày).

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

....., ngày.....tháng.....năm 202

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(ký ghi rõ họ tên)