

**SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI**

Số: 987/BV-CDT
V/v yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao đo chức
năng hô hấp năm 2024

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm ống Filter dùng để đo chức năng hô hấp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang.
- Địa chỉ: Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ và tên: Hoàng Bá Nhơn.
- Chức vụ: Nhân viên Phòng CDT
- Số điện thoại: 091.7684.338
- Địa chỉ email: hoangbanhonkg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang hoặc gửi qua địa chỉ mail.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thuốc (đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp:

- Địa điểm cung cấp: Kho chương trình Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang.

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản: vận chuyển và bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9 năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang rất mong nhận được sự quan tâm và bảng chào giá của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PKHTH;
- Lưu: VT, CĐT, hbnhon.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Việt



DANH MỤC

Vật tư tiêu hao Ống Filter dùng cho máy đo chức năng hô hấp hiệu KOKO

Kèm theo Công văn số 187/BV-CDT ngày 19 tháng 8 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang

STT	Tên hoạt chất	Thành phần, tiêu chí, thông số kỹ thuật cơ bản hoặc tương đương	Tiêu chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Ống Filter dùng cho máy đo chức năng hô hấp	Chất liệu nhựa PP, đường kính trong 30mm, hiệu quả lọc khuẩn BEF > 99%, hiệu quả lọc virus VFE > 99%, tương thích với dòng máy KOKO	ISO 13485	Ống	3.015	
Tổng cộng: 01 khoản						